



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

14.0.30.4.34.00/TSE-66836

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

18.06.2015

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

18.06.2016

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

REFERANS AYDINLATMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER

İSTANBUL DERİ ORGANİZE SAN.BÖLG 9. YOL LAZER SK. NO:3 C17-1/A PARSEL TUZLA /İSTANBUL /TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

REFERANS AYDINLATMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İSTANBUL DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 9. YOL LAZER SOKAK NO:3 C17/1-A PARSEL İSTANBUL/TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

formel

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 60598-1 / Aydınlatma armatürleri - Bölüm 1: Genel özellikler ve deneyler / 28.04.2009 -- TS EN 60598-1/A11 / Aydınlatma armatürleri - Bölüm 1: Genel özellikler ve deneyler / 26.01.2010 -- TS EN 60598-2-25 / Aydınlatma Armatürleri-Bölüm 2:Özel Kurallar-Kısım 25: Hastanelerin ve Sağlık Bakım Merkezlerinin Klinik Bölgelerinde Kullanılan / 15.04.1998 -- TS EN 60598-2-25/A1 / Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar-Kısım 25: Hastanelerin ve sağlık bakım merkezlerinin klinik bölgelerinde kullanılan / 23.03.2006

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

-FSO214(2X14W), FSO414(4X14W) MODEL,
I SINIFI, 220V, 50HZ, IP65, FLORESAN LAMBALARLA KULLANILAN HASTANELERİN VE SAĞLIK BAKIM MERKEZLERİNİN KLİNİK BÖLGELERİNDE KULLANILAN ARMATÜRLER



18/06.2015

AHMET NURSI KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ